

## Luminometrisessa pintahygieniamittauksessa sovellettavat raja-arvot

Net-Foodlab Oy:n kehittämässä **hygifo**<sup>®</sup> ATP-palvelussa pintapuhtausnäytteiden tulokset arvioidaan tapaus- ja kohdekohtaisesti valittavan arvosteluasteikon avulla. Arvosteluasteikon valinnassa otetaan huomioon asiakkaan toimiala, tilojen puhtausvaatimukset, turvallisuusriskit sekä mahdollisen esikartoituksen tulokset. Raja-arvot voidaan myös sopia suoraan asiakkaan kanssa neuvotellen.

Net-Foodlab Oy:n tutkimustodistuksesta näette teille asetetut raja-arvot heti tulospylväiden yläpuolelta. Alla olevasta taulukosta voitte tarkistaa mihin asiakasryhmään tällä hetkellä kuulutte. Mikäli olette halukas muuttamaan teille sovellettavia raja-arvoja tai keskustelemaan asiasta asiantuntijamme kanssa, ottakaa yhteyttä Net-Foodlab Oy:n asiakaspalveluun [nfl@netfood.fi](mailto:nfl@netfood.fi).

<b>ASIAKASRYHMÄ</b>	<b>ALARAJA<sup>1)</sup> (fg ATP)</b>	<b>YLÄRAJA<sup>1)</sup> (fg ATP)</b>
Sairaaloiden välinehuollot, teollisuuden kriittiset kohteet	5 000	10 000
Elintarviketuotantotilat	10 000	25 000
Suurkeittiöt tms. (Luokka I)	20 000	50 000
Suurkeittiöt tms. (Luokka II)	30 000	100 000
Suurkeittiöt tms. (Luokka III)	50 000	200 000

<sup>1)</sup> Alle alarajan olevat tulokset ovat hygieniatasoltaan hyviä (=vihreät pylväät), alarajan ja ylärajan välissä olevat välttäviä (= keltaiset pylväät) ja yli ylärajan olevat huonoja (=punaiset pylväät).